

Protocole Staloral

Montez la pompe sur le flacon, selon les instructions décrites ci-dessous :



1

Retirer la partie en plastique coloré de la capsule.



2

Tirez sur la languette métallique.

Enlevez la capsule en aluminium.



3

Enlevez le bouchon gris.



4

Retirez la pompe de son plastique protecteur.

Tenez fermement le flacon d'une main, en l'appuyant sur une surface plane et non glissante.

Encliquetez la pompe sur le flacon en exerçant une forte pression.

Utilisez la pompe comme indiqué ci-dessous :



5

Retirez l'anneau de sécurité orange.

Amorcez la pompe en appuyant à fond 4 fois.



6

Positionnez l'embout sous la langue.

Prenez le nombre de pressions prescrit par votre médecin.

Appuyez à fond sur la pompe à chaque pression pour obtenir une dose complète.



7

Essayez l'embout après utilisation.

Remplacez l'anneau de sécurité.

Comment bien prendre votre traitement ?

- Votre traitement se prend à jeun selon la prescription de votre médecin.
- Pour avoir une dose complète à chaque pression, appuyez à fond sur la pompe, après avoir enlevé l'anneau de sécurité orange.
- Gardez le produit 2 minutes sous la langue puis avalez.
- Conservez les flacons dans le bas du réfrigérateur entre +2°C et 8°C.

Comment bien suivre votre traitement ?

- La posologie est adaptée à votre sensibilité. Respectez les doses prescrites et les schémas de prise de traitement donnés par votre médecin.
- A la fin du traitement initial, continuez avec le traitement d'entretien.
- N'arrêtez pas le traitement sans demander l'avis de votre médecin.

En cas d'oubli pendant votre traitement d'entretien

- En cas d'oubli pendant moins de 7 jours, reprenez votre traitement là où vous l'avez arrêté.
- En cas d'oubli de prises pendant plus de 7 jours, consultez votre médecin afin qu'il vous indique comment reprendre votre traitement.

Traitement initial

10 IR/ml Flacon bleu	Jour	J1	J2	J3	J4	J5	J6
	Nombre de pressions	1	2	4	6	8	10
	Date						

300 IR/ml Flacon violet	Jour	J7	J8	J9	J10	J11
	Nombre de pressions	1	2	4	6	8
	Date					

A la fin du traitement initial, poursuivez sans interruption avec le traitement d'entretien.

Traitement d'entretien

300 IR/ml Nombre de pressions :

Jours de prise :

- ou L M M J V S D
 Tous les jours